

**COEL**

B14 9228 158  
rev.2 - 03/13, pág. 1/18



## **CONTROLADOR ELETRÔNICO DIGITAL MICROPROCESSADO PARA REFRIGERAÇÃO modelo TLY28**

**Manual de Instruções  
(Março/2013)**

# ÍNDICE

1 - DESCRIÇÃO GERAL .....	03
2 - FUNÇÕES DO FRONTAL .....	03
3 - PROGRAMAÇÃO .....	03
3.1 - Programação do Set Point .....	03
3.2 - Proteção da programação mediante uso de senha .....	04
3.3 - Programação dos parâmetros .....	04
3.4 - Programação horária .....	04
4 - INSTALAÇÃO NO PAINEL .....	05
4.1 - Instalação inicial .....	05
4.2 - Disposição de montagem .....	05
5 - LIGAÇÕES ELÉTRICAS .....	05
6 - MAPA DE CONFIGURAÇÃO .....	06
7 - CONFIGURAÇÃO .....	07
7.1 - Set Point ( $^{\circ}SP$ ) .....	07
7.2 - Entradas ( $^{\circ}InP$ ) .....	07
7.3 - Parâmetros do controle ( $^{\circ}rEÜ$ ) .....	08
7.4 - Parâmetros de degelo ( $^{\circ}dEF$ ) .....	08
7.5 - Parâmetros do ventilador do evaporador ( $^{\circ}FRn$ ) .....	10
7.6 - Parâmetros de proteção do compressor ( $^{\circ}PrL$ ) .....	11
7.7 - Parâmetros de configuração do alarme ( $^{\circ}RL$ ) .....	11
7.8 - Parâmetros da entrada digital ( $^{\circ}d-in$ ) .....	13
7.9 - Parâmetros da saída auxiliar ( $^{\circ}RuS$ ) .....	14
7.10 - Parâmetros de configuração das saídas ( $^{\circ}OutL$ ) .....	14
7.11 - Parâmetros de configuração do teclado ( $^{\circ}PRn$ ) .....	15
7.12 - Parâmetros de configuração do relógio ( $^{\circ}CLÜ$ ) .....	15
8 - CONFIGURAÇÃO DO INSTRUMENTO ATRAVÉS DA CHAVE KEY-01 .....	15
9 - PROBLEMAS COM O INSTRUMENTO .....	16
9.1 - Indicações de erro .....	16
9.2 - Outras indicações .....	16
10 - DADOS TÉCNICOS .....	17
11 - SUGESTÃO DE CONFIGURAÇÃO DAS SAÍDAS .....	18
12 - DIMENSÕES .....	18
13 - ESQUEMA ELÉTRICO .....	18
14 - INFORMAÇÕES PARA PEDIDOS .....	18

Recomendamos que as instruções deste manual sejam lidas atentamente antes da instalação do instrumento, possibilitando sua adequada configuração e a perfeita utilização de suas funções.

## 1 - DESCRIÇÃO GERAL

O modelo **TLY28** é um controlador eletrônico digital microprocessado desenvolvido para aplicações em refrigeração com controle de temperatura e degelo. A temperatura do processo é visualizada em 1 display de 4 dígitos vermelhos e o estado das saídas indicado por led's próximos ao display. O instrumento possui até 2 saídas a relé configuráveis: para o compressor (OUT), degelo (DEF), ventilador (FAN), saída auxiliar (AUX) e alarme. Pode ser equipado com um buzzer para sinalização de alarme sonoro. O **TLY28** dispõe ainda de 2 entradas para sondas NTC ou PTC, uma para controle da temperatura de ambiente e outra para monitorar a temperatura do evaporador; uma entrada digital que pode ser configurada para executar algumas funções como: seleção do Set Point, ativação e desativação do instrumento (stand-by). O instrumento também possui proteção dos parâmetros de configuração por senha, configuração via dispositivo **KEY-01** (Copy Key) e pode também ser equipada com relógio de tempo real para degelo.

## 2 – FUNÇÕES DO FRONTAL




figura 1

- 1 - **Tecla P**: utilizada para acessar a programação dos parâmetros de funcionamento e para confirmar a seleção.
- 2 - **Tecla U/AUX**: utilizada para decremento dos valores a serem programados e para selecionar os parâmetros. Mantida pressionada no modo de programação, permite passar ao nível anterior até sair do modo de programação. Quando não está em modo de programação, pode executar funções configuráveis (ver parâmetro **Fbd**).

- 3 - **Tecla /DEGEL**: utilizada para incremento dos valores a serem programados e para selecionar os parâmetros. Mantida pressionada no modo de programação, permite passar ao nível anterior até sair do modo de programação. Quando não está em modo de programação, é utilizada para executar degelo manual.
- 4 - **Tecla U**: tecla de funcionamento programável através do parâmetro **"U5rb"**. Normalmente é utilizada para visualizar a temperatura medida pelas sondas do evaporador, do ambiente e também a hora do relógio interno.
- 5 - **LED AL**: indica o estado dos alarmes: alarme ligado (aceso), alarme desligado (apagado) ou em modo silencioso ou memorizado (piscando).
- 6 - **Display**: indica normalmente a temperatura do processo.
- 7 - **LED OUT**: indica o estado da saída do compressor: compressor ligado (aceso), compressor desligado (apagado) ou inibido (piscando).
- 8 - **LED DEF**: indica o estado da saída do degelo: degelo ligado (aceso) ou estado de gotejamento (piscando).
- 9 - **LED -**: indica alarme de mínima (aceso) ou alarme de mínima memorizado (piscando).
- 10 - **LED OK**: indica condição normal de temperatura.
- 11 - **LED +**: indica alarme de máxima (aceso) ou alarme de máxima memorizado (piscando).
- 12 - **LED FAN**: indica o estado da saída do ventilador: ventilador ligado (aceso), ventilador desligado (apagado) ou inibido após o degelo (piscando).
- 13 - **LED AUX**: indica o estado da saída auxiliar: relé ligado (aceso), relé desligado (apagado) ou inibido (piscando).
- 14 - **LED SET**: piscando, indica a entrada no modo de programação ou em modo stand-by.

## 3 – PROGRAMAÇÃO

### 3.1 – PROGRAMAÇÃO DO SET POINT

Pressionar a tecla **P**, o display mostrará alternadamente **"SP n"** (onde **n** é o número do Set Point ativo no momento) e o valor programado.

Para modificá-lo, utilizar a tecla ▲ para incrementar ou ▼ para decrementar o valor.

Estas teclas atuam em passos de um dígito, porém, se forem mantidas pressionadas além de um segundo, o valor incrementará ou decrementará rapidamente. Após dois segundos na mesma condição, a velocidade aumentará a fim de permitir alcançar rapidamente o valor desejado.

Para sair do modo de programação do Set Point pressionar a tecla P ou, não pressionar qualquer tecla por 20 segundos.

### 3.2 – PROTEÇÃO DA PROGRAMAÇÃO MEDIANTE USO DE SENHA

O instrumento dispõe de uma função de proteção da programação mediante senha personalizada através do parâmetro **"PASS"** contido no grupo **"PAN"**.

Quando desejar utilizar esta proteção, basta configurar o parâmetro **"PASS"** com o valor de senha desejado.

Quando a proteção é ativada, para acessar os parâmetros, pressionar a tecla P por 5 segundos, o LED SET ficará piscando e o display indicará o valor **"0"**. Programar através das teclas ▲ ou ▼ o valor de senha programado no parâmetro **PASS** e pressionar a tecla P.

Se a senha for correta o display indicará o primeiro grupo de parâmetros (**PSP**) e será possível programar o instrumento normalmente.

*Nota: Esta proteção é desabilitada quando configurado o parâmetro "PASS" = OFF*

### 3.3 – PROGRAMAÇÃO DOS PARÂMETROS

Para acessar os parâmetros pressionar a tecla P por 5 segundos.

O display mostrará o código que identifica o primeiro grupo de parâmetros (**PSP**). Através das teclas ▲ ou ▼ selecionar o grupo de parâmetros desejado e pressionar a tecla P, no display aparecerá o código que identifica o primeiro parâmetro do grupo selecionado.

Através das teclas ▲ ou ▼ selecionar o parâmetro desejado. Pressionan-

do-se a tecla P, o display mostrará alternadamente o código e o valor do parâmetro, que poderá ser modificado através das teclas ▲ e ▼.

Programado o valor desejado, pressionar novamente a tecla P, o novo valor será memorizado e o display mostrará novamente o código do parâmetro selecionado.

Através das teclas ▲ ou ▼ será possível selecionar outro parâmetro e modificá-lo da forma descrita.

Para selecionar outro grupo de parâmetros, manter pressionada ▲ ou ▼ por aproximadamente 1 segundo. Após este período, o display mostrará novamente o código do grupo de parâmetros.

Soltando-se a tecla será possível selecionar outro grupo através das teclas ▲ ou ▼.

Para sair do modo de programação, pressionar a tecla ▲ ou ▼ por 3 segundos ou não pressionar qualquer tecla por 20 segundos.

*Nota: Caso tenha esquecido a senha de acesso, ligue o instrumento com a tecla P pressionada que o display mostrará o código que identifica o primeiro grupo de parâmetros (PSP).*

### 3.4 – PROGRAMAÇÃO HORÁRIA

Quando o instrumento possui a função de Degelo em Tempo Real, é necessário programar o relógio interno através do parâmetro **"SECL"** no grupo de parâmetros (**CLL**). O instrumento é dotado de um relógio interno, porém se for verificada alguma imprecisão do relógio (particularmente após um longo período) é possível efetuar uma calibração diária através do parâmetro **"CLDF"** deste mesmo grupo.

O funcionamento do relógio, na falta de energia no instrumento é garantido por uma reserva de marcha de quatro horas.

## 4 – INSTALAÇÃO NO PAINEL

### 4.1 – INSTALAÇÃO INICIAL

1. Fazer uma abertura no painel com as medidas indicadas na figura 4.
2. Inserir o instrumento nesta abertura e fixar com a presilha fornecida.
3. Evitar colocar a parte interna do instrumento em locais sujeitos à alta umidade e sujeira que possam provocar condensação ou penetração de partículas e substâncias condutoras.
4. Assegurar que o instrumento tenha uma ventilação apropriada e evitar a instalação em painéis que contenham dispositivos que possam levá-lo a funcionar fora dos limites de temperatura especificados.
5. Instalar o instrumento o mais distante possível de fontes que possam gerar distúrbios eletromagnéticos como: motores, contadores, relés, eletroválvulas, etc.

### 4.2 – DISPOSIÇÃO DE MONTAGEM

O **TLY28** permite montagem de múltiplas unidades, lado a lado ou sobrepostas, utilizando espaço mínimo, com distância mínima entre os instrumentos suficiente para colocação dos fixadores.

*Nota: para este tipo de montagem, providenciar ventilação adequada de forma que a temperatura máxima no ambiente de operação não seja excedida.*

## 5 – LIGAÇÕES ELÉTRICAS

Fazer as conexões ligando apenas um condutor por parafuso, seguindo o esquema correspondente, verificando se a tensão de alimentação é a indicada no instrumento e se o consumo das cargas ligadas ao instrumento não é superior à corrente máxima permitida.

Projetado para ligação permanente, não possui interruptor nem dispositivos internos de proteção contra sobrecorrente, portanto, deve-se prever a instalação de um interruptor bipolar como dispositivo de desconexão, que interrompa a alimentação do instrumento.


Este interruptor deve ser colocado o mais perto possível do instrumento e em local de fácil acesso. Proteger todos os circuitos conectados ao instrumento com dispositivos (ex. fusíveis) adequados às correntes circulantes.

Utilizar cabos com isolamento apropriada às tensões, temperaturas e condições de uso. Fazer com que os cabos relativos às sondas fiquem distantes dos cabos de alimentação e potência a fim de evitar a indução de distúrbios eletromagnéticos.

Se alguns cabos utilizados forem blindados, recomenda-se aterrá-los somente de um lado.

Antes de ligar as saídas às cargas, verificar se os parâmetros programados são os desejados e se o funcionamento da aplicação está correto para evitar anomalias no sistema.

# 6 – MAPA DE CONFIGURAÇÃO



## 7 – CONFIGURAÇÃO

O menu de configuração do instrumento **TLY28** se divide nos submenus descritos abaixo:

### 7.1 – SET POINT (2SP)

#### 7.1.1 - Parâmetro **SPAt**: Set Point ativo

Permite selecionar o Set Point ativo.

<b>SPAt</b>	Set Point ativo	1 ou 2	1	
-------------	-----------------	--------	---	--

#### 7.1.2 - Parâmetro **SP 1**; **SP 2**: valores dos Set Point de processo

Permite modificar os valores dos Set Point.

<b>SP 1</b>	Set Point 1	<b>SPLL</b> a <b>SPHL</b> (°C/°F)	0.0	
<b>SP 2</b>	Set Point 2	<b>SPLL</b> a <b>SPHL</b> (°C/°F)	0.0	

#### 7.1.3 - Parâmetro **SPLL**: limite inferior do Set Point

Valor mínimo programável como Set Point.

<b>SPLL</b>	Set Point mínimo	-50.0 a <b>SPHL</b> (°C/°F)	-50.0	
-------------	------------------	--------------------------------	-------	--

#### 7.1.4 - Parâmetro **SPHL**: limite superior do Set Point

Valor máximo programável como Set Point.

<b>SPHL</b>	Set Point máximo	<b>SPLL</b> a 302.0 (°C/°F)	100.0	
-------------	------------------	--------------------------------	-------	--

### 7.2 – ENTRADAS (2InP)

#### 7.2.1 - Parâmetro **SEnS**: tipo de sonda

Tipo de sonda de entrada desejada. É possível utilizar termistores NTC ou PTC.

<b>SEnS</b>	Tipo de sonda	PTC ou NTC	NTC	
-------------	---------------	------------	-----	--

#### 7.2.2 - Parâmetro **OFFS 1**: offset da sonda do ambiente

Offset positivo ou negativo, acrescentado ao valor lido pela sonda do ambiente.

<b>OFFS 1</b>	Offset da sonda do ambiente	-30.0 a 30.0 (°C/°F)	0.0	
---------------	-----------------------------	-------------------------	-----	--

#### 7.2.3 - Parâmetro **OFFS2**: offset da sonda do evaporador

Offset positivo ou negativo, acrescentado ao valor lido pela sonda do evaporador.

<b>OFFS2</b>	Offset da sonda do evaporador	-30.0 a 30.0 (°C/°F)	0.0	
--------------	-------------------------------	-------------------------	-----	--

#### 7.2.4 - Parâmetro **Pr 2**: presença da sonda do evaporador

Determina se a sonda do evaporador estará habilitada ou não.

<b>Pr 2</b>	Presença da sonda do evaporador	On ou OFF	On	
-------------	---------------------------------	-----------	----	--

#### 7.2.5 - Parâmetro **Un t**: unidade de medida de temperatura

A unidade selecionada será considerada para todos os parâmetros relativos à temperatura.

<b>Un t</b>	Unidade de medida da temperatura	°C ou °F	°C	
-------------	----------------------------------	----------	----	--

#### 7.2.6 - Parâmetro **dP**: ponto decimal

Resolução do display. Para programação com indicação decimal, verificar o valor de todos os parâmetros do instrumento, pois esta programação afeta vários deles.

<b>dP</b>	Ponto decimal	On ou OFF	On	
-----------	---------------	-----------	----	--

#### 7.2.7 - Parâmetro **F tL**: filtro digital do sinal de entrada

Através do parâmetro "**F tL**" é possível programar a constante de tempo do filtro de software relativo à medida do valor de entrada de forma a poder diminuir a sensibilidade aos distúrbios de medida, aumentando o tempo de amostragem.

<b>F tL</b>	Filtro digital de entrada	OFF - 0.01 a 20.0 (segundos)	2.0	
-------------	---------------------------	---------------------------------	-----	--

### 7.2.8 - Parâmetro $d,SP$ : variável visualizada no display

$d,SP$	Variável visualizada no display	OFF	$Pr1$	
		$Pr1$		
		$Pr2$		
		SP		
		Lo		

Através deste parâmetro é possível estabelecer a visualização normal do display, que pode ser:

- Display apagado (OFF)
- Temperatura do ambiente ( $Pr1$ )
- Temperatura do evaporador ( $Pr2$ )
- Set Point ativo (SP)
- Relógio interno (Lo)

## 7.3 – PARÂMETROS DO CONTROLE (PREG)

### 7.3.1 - Parâmetro HSEt: diferencial do controle

Parâmetro relativo ao Set Point que estabelece os valores de ativação e desativação da saída do compressor.

HSEt	Diferencial do controle	0.0 a 30.0 (°C/°F)	2.0	
------	-------------------------	-----------------------	-----	--

### 7.3.2 - Parâmetro tonE: tempo de compressor ligado em condições de falha da sonda do ambiente

Os parâmetros tonE e tofE permitem estabelecer as condições de funcionamento do compressor em caso de falha da sonda de ambiente.


tonE	Tempo de compressor ligado em condições de falha da sonda do ambiente	OFF-0.0 a 99.99 (minutos.segundos)	OFF	
------	---	---------------------------------------	-----	--

### 7.3.3 - Parâmetro tofE: tempo de compressor desligado em condições de falha da sonda do ambiente

tofE	Tempo de compressor desligado em condições de falha da sonda do ambiente	OFF-0.0 a 99.99 (minutos.segundos)	OFF	
------	--	---------------------------------------	-----	--

### 7.3.4 - Parâmetro Func: lógica da saída de controle

O instrumento pode executar um controle de aquecimento (HEAt) ou de resfriamento (Loal).



Func	Lógica da saída de controle	HEAt ou Loal	Loal
------	-----------------------------	--------------	------

### 7.3.5 - Parâmetro tCC: tempo de duração do ciclo contínuo

É possível acionar a saída de compressor manualmente (pelo tempo ajustado neste parâmetro) através da tecla  $\text{Ⓢ}$  ( $Fbd = 2$ ) ou pela entrada digital ( $d,IF = 3$ ), para resfriamento contínuo.

Quando esta função estiver acionada o instrumento não executará a função de degelo.

tCC	Tempo de duração do ciclo contínuo	OFF-0.0 a 99.99 (horas . minutos)	OFF	
-----	------------------------------------	--------------------------------------	-----	--

## 7.4 – PARÂMETROS DE DEGELÓ (PDEF)

### 7.4.1 - Parâmetro dLYP: tipo de degelo

dLYP	Tipo de degelo	EL = elétrico (por resistência)	EL
		in = a gás (inversão de ciclo)	

### 7.4.2 - Parâmetro d inE: intervalo entre degelos

Intervalo entre dois degelos consecutivos

d inE	Intervalo entre degelos	OFF-0.0 a 99.99 (horas . min)	6.00	
-------	-------------------------	----------------------------------	------	--

### 7.4.3 - Parâmetros $dF1$ ; $dF2$ ; $dF3$ ; $dF4$ ; $dF5$ ; $dF6$ : horários de início do degelo

Programar nestes parâmetros os horários de degelo desejados quando for utilizado degelo em tempo real. Para estes parâmetros serem habilitados, o parâmetro  $dInt$  deve ser programado para  $OFF$ .

$dFn$	Horários de início do degelo	$OFF-000$ a $2359$ (horas . minutos)	$OFF$	
-------	------------------------------	---	-------	--

### 7.4.4 - Parâmetro $dEFE$ : duração máxima do degelo

Estabelece a duração máxima de qualquer ciclo (manual ou automático) de degelo. Após este período, o degelo será interrompido, mesmo que a temperatura programada para fim de degelo não seja atingida.

$dEFE$	Duração máxima do degelo	$0.0$ a $99.99$ (minutos.segundos)	$30.00$	
--------	--------------------------	---------------------------------------	---------	--

### 7.4.5 - Parâmetro $tEdF$ : temperatura para fim de degelo


Temperatura programada para terminar o ciclo de degelo.

$tEdF$	Temperatura para fim de degelo	$-58.0$ a $302.0$ (°C/°F)	$8.0$	
--------	--------------------------------	------------------------------	-------	--

### 7.4.6 - Parâmetro $tSdF$ : temperatura de habilitação da função de degelo

Se a temperatura medida pela sonda do evaporador for inferior ao valor programado neste parâmetro, a função de degelo está habilitada, porém se for maior que o valor programado a função de degelo estará inibida.

$tSdF$	Temperatura de habilitação da função de degelo	$-58.0$ a $302.0$ (°C/°F)	$2.0$	
--------	--	------------------------------	-------	--



### 7.4.7 - Parâmetro $dCt$ : início da contagem do intervalo entre degelos

Estabelece como será iniciada a contagem do tempo de intervalo entre degelos.

$dCt$	Modo de contagem do intervalo entre degelos	$rt$ = inicia o intervalo entre degelos na energização do instrumento e toda vez que o degelo é finalizado.	$rt$	
		$ct$ = inicia o intervalo entre degelos no acionamento do compressor.		
		$cs$ = neste caso o degelo será executado após a parada do compressor.		

### 7.4.8 - Parâmetro $tCdC$ : retardo do compressor após um degelo

Tempo de retardo no acionamento do compressor após o término de um ciclo de degelo.

$tCdC$	Retardo do compressor após um degelo	$OFF-0.0$ a $99.99$ (min . s)	$OFF$	
--------	--------------------------------------	-------------------------------	-------	--

### 7.4.9 - Parâmetro $SdEF$ : degelo na energização

Permite efetuar um ciclo de degelo na energização do instrumento.

$SdEF$	Degelo na energização	$no$ ou $YES$	$no$	
--------	-----------------------	---------------	------	--

### 7.4.10 - Parâmetro $dLo$ : display bloqueado durante o degelo

$dLo$	Display bloqueado	$On$ = permite o bloqueio da visualização da última leitura de temperatura no display durante todo ciclo de degelo até que a temperatura volte a um valor inferior a $(SP + Etdu)$ ou quando o tempo programado no parâmetro $dRLd$ terminar.	$dLo$	
		$OFF$ = o display continuará a mostrar a temperatura medida pela sonda de ambiente.		
		$Lb$ = o display indica $dEF$ durante o degelo e $PdEF$ após o mesmo, voltando a indicar a temperatura da sonda de ambiente quando esta for um valor inferior a $(SP + Etdu)$ ou quando o tempo programado no parâmetro $dRLd$ terminar.		

#### 7.4.11 - Parâmetro $\mathcal{E}tdu$ : diferencial de desbloqueio do display ao final do degelo

$\mathcal{E}tdu$	Diferencial de desbloqueio do display ao final do degelo	0.0 a 30.0 (°C/°F)	2.0
------------------	--	-----------------------	-----

#### 7.4.12 - Parâmetro $\mathcal{C}OFd$ : tempo de compressor desligado antes de um degelo

$\mathcal{C}OFd$	Tempo que o compressor deve permanecer desligado antes de um degelo	OFF - 0.0 l a 99.99 (min . s)	OFF
------------------	---	----------------------------------	-----

### 7.5 – PARÂMETROS DO VENTILADOR DO EVAPORADOR ( $\mathcal{F}Rn$ )

O controle do ventilador atua sobre a saída configurada como " $\mathcal{F}Rn$ ", em função do controle do instrumento e da temperatura medida pela sonda  $\mathcal{P}r2$  (evaporador). Quando a sonda  $\mathcal{P}r2$  não é utilizada (parâmetro  $\mathcal{P}r2 = OFF$ ) ou ocorre um erro ( $\mathcal{E}2$  ou  $-\mathcal{E}2$ ), a saída  $\mathcal{F}Rn$  permanece ativada em função dos parâmetros " $\mathcal{F}COF$ " e " $\mathcal{F}EdF$ ".

Quando a sonda  $\mathcal{P}r2$  é utilizada (parâmetro  $\mathcal{P}r2 = On$ ) o ventilador funcionará de acordo com os parâmetros  $\mathcal{F}COF$ ,  $\mathcal{F}EdF$  e também em função da temperatura.

#### 7.5.1 - Parâmetro $\mathcal{F}COF$ : estado do ventilador com o compressor desligado

Permite estabelecer se o ventilador deve permanecer ligado independentemente do estado do compressor ( $\mathcal{F}COF = On$ ) ou desligado junto com o compressor ( $\mathcal{F}COF = OFF$ ).

$\mathcal{F}COF$	Estado do ventilador com o compressor desligado	OFF = ventilador desligado	$\mathcal{F}EdF$
		On = ventilador ligado	

#### 7.5.2 - Parâmetro $\mathcal{F}EdF$ : estado do ventilador durante o degelo

Permite estabelecer se o ventilador deve permanecer ligado independentemente do estado do degelo ( $\mathcal{F}EdF = On$ ) ou desligado durante o degelo ( $\mathcal{F}EdF = OFF$ ). Neste ultimo caso, é possível retardar a reativação do ventilador através do parâmetro  $\mathcal{F}b$ .

$\mathcal{F}EdF$	Estado do ventilador durante o degelo	OFF = ventilador desligado	OFF
		On = ventilador ligado	

#### 7.5.3 - Parâmetro $\mathcal{F}Lt$ : limite superior da temperatura de desligamento do ventilador

Quando a temperatura da sonda do evaporador for superior ao valor programado neste parâmetro, o ventilador será desligado.

$\mathcal{F}Lt$	Limite superior da temperatura de desligamento do ventilador	-50.0 a 302.0 (°C/°F)	2.0
-----------------	--	--------------------------	-----

#### 7.5.4 - Parâmetro $\mathcal{F}ct$ : limite inferior da temperatura de desligamento do ventilador


Quando a temperatura da sonda do evaporador for inferior ao valor programado neste parâmetro, o ventilador será desligado.

$\mathcal{F}ct$	Limite inferior da temperatura de desligamento do ventilador	-50.0 a 302.0 (°C/°F)	-50.0
-----------------	--	--------------------------	-------

#### 7.5.5 - Parâmetro $dF$ : diferencial de religamento do ventilador

Diferencial da temperatura para ligar o ventilador.

$dF$	Diferencial de religamento do ventilador	0.0 a 30.0 (°C/°F)	2.0
------	--	-----------------------	-----



#### 7.5.6 - Parâmetro $\mathcal{F}d$ : tempo de retardo do ventilador após um degelo




$\mathcal{F}d$	Tempo de retardo do ventilador após um degelo	OFF - 0.0 l a 99.99 (min . s)	OFF
----------------	---	----------------------------------	-----

## 7.6 – PARÂMETROS DE PROTEÇÃO DO COMPRESSOR ( ${}^2PCL$ )

### 7.6.1- Parâmetro $P5C$ : tipo de proteção do compressor

Utilizado para limitar partidas consecutivas do compressor.

$P5C$	Tipo de proteção do compressor	$1$ = tempo de retardo na energização do instrumento e no retorno do compressor.	$1$
		$2$ = tempo de retardo após a parada do compressor.	
		$3$ = tempo de retardo entre partidas consecutivas do compressor.	



### 7.6.2 - Parâmetro $PtC$ : tempo de proteção do compressor

Tempo de retardo no acionamento do compressor.

$PtC$	Tempo de proteção do compressor	OFF - 0.0 1 a 99.99 (min . s)	OFF
-------	---------------------------------	-------------------------------	-----

### 7.6.3 - Parâmetro $LtC$ : tempo mínimo de funcionamento do compressor

$LtC$	Tempo mínimo de funcionamento do compressor	OFF - 0.0 1 a 99.99 (min . s)	OFF
-------	---	-------------------------------	-----

### 7.6.4 - Parâmetro $od$ : tempo de retardo das saídas na energização do instrumento

Durante este período o instrumento mostrará alternadamente a mensagem **od** e a temperatura medida pela sonda de ambiente.

$od$	Tempo de retardo das saídas na energização do instrumento	OFF - 0.0 1 a 99.99 (min . s)	OFF
------	---	-------------------------------	-----

## 7.7 – PARÂMETROS DE CONFIGURAÇÃO DO ALARME ( ${}^2AL$ )

Configurar no grupo de parâmetros  ${}^2Out$  a saída que se deseja utilizar como alarme ( $Out1$ ,  $Out2$ ,  $Out3$ ,  $Out4$ ).

Qualquer saída do instrumento pode ser configurada para funções de alarme, além das indicações visuais já existentes. As indicações de alarme são:

- Erro de sonda  $E1$ ,  $-E1$ ,  $E2$  e  $-E2$
- Alarme de mínima e máxima temperatura  $L0$  e  $H1$
- Alarme externo acionado pela entrada digital  $AL$
- Alarme de porta aberta  $AP$

Quando não há condição de alarme o LED OK estará aceso, caso ocorra qualquer condição de alarme teremos as indicações correspondentes no display, o LED AL acende e o LED OK apaga, na condição de alarme silenciado ou memorizado a indicação será através do LED AL piscando.

### 7.7.1 - Parâmetro **RtY**: tipo de alarme de temperatura

Determina se o alarme é absoluto (em relação ao zero) ou relativo de desvio (em relação ao Set Point ajustado).

<b>RtY</b>	Tipo de alarme	<b>Rb</b> = alarme absoluto	<b>Rb</b>
		<b>dE</b> = alarme relativo	

### 7.7.2 - Parâmetro **HRL**: alarme de máxima

Valor de acionamento do alarme de máxima temperatura. Este alarme é desativado se for programado em **OFF**.

<b>HRL</b>	Valor do alarme de máxima	<b>OFF</b> - -57.9 a 302.0 (°C/°F)	<b>OFF</b>
------------	---------------------------	------------------------------------	------------

### 7.7.3 - Parâmetro **LAL**: alarme de mínima

Valor de acionamento do alarme de mínima temperatura. Este alarme é desativado se for programado em **OFF**.

<b>LAL</b>	Valor do alarme de mínima	<b>OFF</b> - -57.9 a 302.0 (°C/°F)	<b>OFF</b>
------------	---------------------------	------------------------------------	------------

### 7.7.4 - Parâmetro **dRL**: diferencial de alarme

Determina os pontos de ativação e desativação dos alarmes.

<b>dRL</b>	Diferencial de alarme	<b>0.0</b> a <b>30.0</b> (°C/°F)	<b>2.0</b>
------------	-----------------------	----------------------------------	------------

### 7.7.5 - Parâmetro **RLd**: tempo de retardo do alarme de temperatura

Ao serem verificadas as condições de alarme, tem início a contagem do tempo de retardo ajustado neste parâmetro e após este período o alarme será ativado se estas condições persistirem.

<b>RLd</b>	Tempo de retardo do alarme de temperatura	<b>OFF - 0.0</b> a <b>99.99</b> (min . s)	<b>OFF</b>
------------	---	---	------------




gráfico 7




gráfico 8

### 7.7.6 - Parâmetro **lRAL**: alarme com memória

Se for configurada a saída de alarme como **ALL** ou **-ALL**, será possível memorizar o alarme. Quando programado **lRAL = YES**, o alarme será ativado quando existirem condições de alarme. Mesmo em condições normais o LED AL permanecerá piscando indicando que houve um alarme.

<b>lRAL</b>	Alarme com memória	<b>no</b> ou <b>YES</b>	<b>no</b>
-------------	--------------------	-------------------------	-----------

### 7.7.7 - Parâmetro **PRL**: tempo de retardo do alarme na energização do instrumento

<b>PRL</b>	Tempo de retardo do alarme na energização do instrumento	<b>OFF - 0.0</b> a <b>99.99</b> (h . min)	<b>2.00</b>
------------	--	---	-------------

### 7.7.8 - Parâmetro **dALd**: tempo de retardo para atuação dos alarmes de temperatura e desbloqueio do display após o degelo

Tempo de retardo dos alarmes de temperatura e tempo máximo de bloqueio do display (se bloqueado) após um ciclo de degelo. Este tempo de retardo é iniciado após os tempos de degelo e gotejamento.

<b>dALd</b>	Retardo para atuação dos alarmes e desbloqueio do display após o degelo	OFF - 0.0 1 a 99.99 (h . min)	1.0
-------------	---	-------------------------------	-----

### 7.7.9 - Parâmetro **dALc**: tempo de retardo dos alarmes de temperatura após um ciclo contínuo

É um retardo no acionamento dos alarmes de temperatura após um ciclo contínuo do compressor.

<b>dALc</b>	Tempo de retardo dos alarmes de temperatura após um ciclo contínuo	OFF - 0.0 1 a 99.99 (h . min)	OFF
-------------	--	-------------------------------	-----

### 7.7.10 - Parâmetro **oAd**: retardo para alarme de porta aberta

Em caso de porta aberta, é possível ajustar um tempo de retardo para o acionamento do alarme de porta aberta.

<b>oAd</b>	Retardo para alarme de porta aberta	OFF - 0.0 1 a 99.99 (min . s)	OFF
------------	-------------------------------------	-------------------------------	-----

## 7.8 – PARÂMETROS DA ENTRADA DIGITAL (2d in)

### 7.8.1 - Parâmetros **d iF**: função da entrada digital

<b>0</b>	Sem função.
<b>1</b>	<b>Início do degelo:</b> quando a entrada digital for acionada com um pulso, será iniciado um ciclo de degelo.
<b>2</b>	<b>Fim do degelo:</b> quando a entrada digital for acionada com um pulso, será cancelado o ciclo de degelo.
<b>3</b>	<b>Início de um ciclo contínuo:</b> quando a entrada digital for acionada com um pulso, será iniciado um ciclo contínuo.

<b>4</b>	<b>Sinalização de alarme externo:</b> quando a entrada digital for acionada (fechada), o alarme será acionado e o display mostrará alternadamente <b>AL</b> e a indicação programada no parâmetro <b>d iSP</b> .
<b>5</b>	<b>Abertura de porta com parada dos ventiladores:</b> quando a entrada digital for acionada (fechada), os ventiladores pararão e o display mostrará alternadamente <b>AP</b> e a indicação programada no parâmetro <b>d iSP</b> . É possível temporizar esta função. Ao acionar a entrada digital, o alarme de porta aberta atuará após o tempo programado no parâmetro <b>oAd</b> .
<b>6</b>	<b>Abertura de porta com parada do compressor e dos ventiladores:</b> quando a entrada digital for acionada (fechada), o compressor e os ventiladores pararão e o display mostrará alternadamente a mensagem <b>AP</b> e a indicação programada no parâmetro <b>d iSP</b> . É possível temporizar esta função. Ao acionar a entrada digital, o alarme de porta aberta atuará após o tempo programado no parâmetro <b>oAd</b> .
<b>7</b>	<b>Controle remoto de saída auxiliar AUX:</b> quando a entrada digital for acionada (fechada), a saída auxiliar AUX será acionada como descrito no parâmetro <b>FOR = 2</b> .
<b>8</b>	<b>Seleção do Set Point ativo:</b> quando a entrada digital for acionada (fechada), o Set Point ativo passará a ser o <b>SP2</b> , e quando for aberta o Set Point ativo voltará a ser o <b>SP 1</b> .
<b>9</b>	<b>Sinalização de alarme externo:</b> quando a entrada digital for acionada (fechada), serão desligadas todas as saídas, o alarme será acionado e o display mostrará alternadamente <b>AL</b> e a indicação programada no parâmetro <b>d iSP</b> .
<b>10</b>	<b>Ativação/desativação(stand-by) do instrumento:</b> quando a entrada digital for acionada (fechada), o instrumento será ativado, e quando for aberta será desativado permanecendo em stand-by.

Este parâmetro também pode ser programado como : -1, -2, -3, -4, -5, -6, -7, -8, -9 e -10, o que inverte a lógica de ativação da entrada digital, que neste caso é atuada na abertura da entrada digital.

### 7.8.2 - Parâmetro **d id**: tempo de retardo na resposta da entrada digital

Tempo de retardo na ativação da função da entrada digital.

<b>d id</b>	Tempo de retardo na resposta da entrada digital	<b>OFF - 0.0</b> a <b>99.99</b> (min . s)	<b>OFF</b>
-------------	---	---	------------

### 7.9 – PARÂMETROS DA SAÍDA AUXILIAR (**PARUS**)

Qualquer saída do instrumento pode ser configurada como saída auxiliar. Para isto, configurar no grupo de parâmetros **POUt** a saída que se deseja utilizar como auxiliar (**POUt1**, **POUt2**, **POUt3**, **POUt4**).

#### 7.9.1 - Parâmetro **F0A**: função da saída auxiliar

<b>0</b>	Sem função
<b>1</b>	<b>Tempo de retardo no controle da saída:</b> a saída auxiliar será ativada após o tempo de retardo programado no parâmetro <b>tuA</b> em relação à ativação da saída OUT. A saída AUX será desativada simultaneamente à saída OUT. Este modo de funcionamento pode ser usado para comandar um compressor adicional ou outros dispositivos que trabalhem nas mesmas condições da saída OUT, mas com um tempo de retardo em relação à ativação do compressor, evitando elevação excessiva de corrente.
<b>2</b>	<b>Ativação usando a tecla ☺/AUX ou através de entrada digital:</b> a saída será ativada quando a tecla ☺/AUX for pressionada com o parâmetro <b>Fbd = 1</b> ou através da ativação da entrada digital com o parâmetro <b>d iF = 1</b> . Estes controles funcionam como um biestável, significando que quando a tecla for pressionada pela primeira vez a saída será ativada e quando for pressionada novamente a saída será desativada. A saída AUX pode mudar de estado automaticamente após um período programável no parâmetro <b>tuA</b> (tempo de ativação da saída auxiliar). Com o parâmetro <b>tuA = OFF</b> a saída será ativada e desativada manualmente.

Este parâmetro também pode ser programado como: -1 e -2, o que inverte é a lógica de funcionamento da saída auxiliar.

### 7.9.2 - Parâmetro **tuA**: tempo da saída auxiliar ativada

Permite estabelecer o tempo em que a saída auxiliar permanecerá ativada quando acionada pela tecla ☺/AUX ou pela entrada digital. Se este parâmetro for programado em **OFF**, a saída só será desativada manualmente através da tecla ☺/AUX ou da entrada digital.

<b>tuA</b>	Tempo da saída auxiliar ativada	<b>OFF - 0.0</b> a <b>99.99</b> (min . s)	<b>OFF</b>
------------	---------------------------------	---	------------

### 7.10 – PARÂMETROS DE CONFIGURAÇÃO DAS SAÍDAS (**POUt**)

#### 7.10.1 - Parâmetros **POUt1**; **POUt2**; **buF**: funções das saídas e do buzzer interno (opcional)

As saídas e/ou buzzer interno podem ser configurados para as seguintes funções:

- Saída para comando do compressor ou dispositivo de controle da temperatura (**POUt**)
- Saída para controle do dispositivo de degelo (**dEF**)
- Saída para comando do ventilador do evaporador (**FRn**)
- Saída para o comando de um dispositivo auxiliar (ver funcionamento da saída auxiliar) (**RU5**)
- Saída para o comando de um dispositivo de alarme silenciável normalmente aberto (**ALt**)
- Saída para o comando de um dispositivo de alarme não silenciável normalmente aberto (**AL**)
- Saída para o comando de um dispositivo de alarme com função memória normalmente aberto (**ALL**)
- Saída para o comando de um dispositivo de alarme silenciável normalmente fechado (**- ALt**)
- Saída para o comando de um dispositivo de alarme não silenciável normalmente fechado (**- AL**)
- Saída para o comando de um dispositivo de alarme com função memória normalmente fechado (**- ALL**)
- Saída desativada (**OFF**)

<b>POUt1</b>	Função da saída 1	<b>POUt</b>   <b>dEF</b>   <b>FRn</b>   <b>RU5</b>	<b>POUt</b>	
<b>POUt2</b>	Função da saída 2	<b>ALt</b>   <b>AL</b>   <b>ALL</b>   <b>- ALt</b>	<b>dEF</b>	
<b>buF</b>	Função do buzzer interno	<b>- AL</b>   <b>- ALL</b>   <b>OFF</b>	<b>ALt</b>	

## 7.11 – PARÂMETROS DE CONFIGURAÇÃO DO TECLADO (PARn)

As teclas **U** e **AUX** além das suas funções normais podem ser configuradas para executar outras funções.

### 7.11.1 - Parâmetro Fbd: função da tecla **AUX**

### 7.11.2 - Parâmetro USrb: função da tecla **U**

<b>OFF</b>	A tecla não executa nenhuma função.
<b>1</b>	Pressionando a tecla por pelo menos 1 segundo é possível ativar/desativar uma saída auxiliar desde que o parâmetro <b>FDR = 2</b> .
<b>2</b>	Pressionando a tecla por pelo menos 1 segundo é possível ativar/desativar um ciclo contínuo.
<b>3</b>	Pressionando a tecla por pelo menos 1 segundo é possível alterar o Set Point ativo.
<b>4</b>	Pressionando a tecla por pelo menos 1 segundo é possível alterar o estado do instrumento de ligado para stand-by e vice-versa.

### 7.11.3 - Parâmetro PASS: senha de acesso à configuração

Senha de acesso aos parâmetros de funcionamento

<b>PASS</b>	Senha de acesso à configuração	<b>OFF a 9999</b>	<b>OFF</b>
-------------	--------------------------------	-------------------	------------

## 7.12 – PARÂMETROS DE CONFIGURAÇÃO DO RELÓGIO (CLn)

### 7.12.1 - Parâmetro StCL: configuração da hora atual

<b>StCL</b>	Configuração da hora atual	<b>0.00 a 23.59</b> (h . min)	<b>0.00</b>
-------------	----------------------------	----------------------------------	-------------

### 7.12.2 - Parâmetro CLDF: calibração do relógio

Caso seja verificada alguma imprecisão do relógio (particularmente após um longo período) é possível efetuar uma calibração diária.

<b>CLDF</b>	Calibração do relógio	<b>-20 a 20</b> (segundos)	<b>0</b>
-------------	-----------------------	-------------------------------	----------

## 8 – CONFIGURAÇÃO DO INSTRUMENTO ATRAVÉS DA CHAVE KEY - 01

É fornecida uma chave de programação (**KEY-01** com 5 pólos) opcional que permite a transferência dos parâmetros de configuração entre instrumentos. Esta chave pode ser utilizada para a configuração em série de instrumentos com mesma programação.

A chave **KEY-01** pode ser utilizada de duas maneiras:

Com o instrumento energizado e a chave desenergizada.




figura 2

Com o instrumento desenergizado e a chave energizada.




figura 3

Como transferir a configuração de um instrumento para a chave (upload):

1. Posicione os Dip switches da chave para a posição OFF.
2. Conecte a chave ao instrumento **TLY** através do conector lateral.
3. Certifique-se que o instrumento ou a chave esteja energizado.

4. Observe a sinalização do LED da chave:  
Verde: possui uma configuração armazenada  
Verde ou vermelho piscando: não possui nenhuma configuração válida.
5. Pressione o botão da chave.
6. Observe a sinalização do LED da chave:  
Vermelho: A chave está armazenando dados.  
Verde: A chave concluiu o armazenamento de dados.
7. Desconectar a chave do instrumento.

Como transferir uma configuração armazenada na chave para um instrumento da mesma família (download):

1. Posicione os Dip switches da chave para a posição ON.
2. Conecte a chave ao instrumento **TLY** através do conector lateral.
3. Certifique-se que o instrumento ou a chave esteja energizado.
4. Observe a sinalização do LED da chave:  
Verde: possui uma configuração armazenada  
Verde ou vermelho piscando: não possui nenhuma configuração válida e não será possível transferir a programação
5. Se o LED estiver com a sinalização verde pressione o botão da chave.
6. Observe a sinalização do LED da chave:  
Vermelho: A chave está transferindo dados.  
Verde: A transferência de dados foi concluída.
7. Desconectar a chave do instrumento.

*Obs: Estas transferências de dados devem ser feitas entre instrumentos da mesma família e com mesma revisão de software.*

## 9 - PROBLEMAS COM O INSTRUMENTO

### 9.1 – INDICAÇÕES DE ERRO

Erro	Motivo	Ação
<b>E1 e E1</b>	Sonda de ambiente (Pr1) interrompida, em curto-circuito ou o valor medido está fora do range de medida.	Verificar a correta conexão da sonda com o instrumento e se a mesma funciona perfeitamente.
<b>E2 e E2</b>	Sonda do evaporador (Pr2) interrompida, em curto-circuito ou o valor medido está fora do range de medida.	Verificar a correta conexão da sonda com o instrumento e se a mesma funciona perfeitamente.
<b>EEP-</b>	Erro de memória interna.	Verificar a programação do instrumento

### 9.2 – OUTRAS INDICAÇÕES

Indicação	Motivo
<b>od</b>	Retardo de ativação das saídas na energização do instrumento.
<b>dEF</b>	Instrumento está executando um ciclo de degelo <b>dLo = Lb</b>
<b>PdEF</b>	Instrumento em pós-degelo <b>dLo = Lb</b>
<b>CC</b>	Instrumento executando um ciclo contínuo
<b>H1</b>	Alarme de máxima temperatura
<b>L0</b>	Alarme de mínima temperatura
<b>RL</b>	Alarme ocasionado pelo uso da entrada digital
<b>RP</b>	Alarme de porta aberta


## 10 - DADOS TÉCNICOS

Alimentação (±10%)	Vca	12, 24, 100 a 240
	Vcc	12, 24
Frequência	Hz	48 a 63
Consumo	VA	3 aproximadamente
Entradas		2 entradas para sondas de ambiente e evaporador : PTC (KTY 81-121 990Ω a 25 °C) ou NTC (103AT-2 10 KΩ a 25 °C)
		1 entrada digital configurável
Saídas		2 saídas a relé (OUT1 SPST-NA 16A, OUT2 SPDT 8A @ 250 Vca cos φ = 1, carga resistiva)
		16 A é a corrente máxima por comum
Classe de proteção contra choques elétricos		frontal em classe II
Caixa		policarbonato V0 auto-extinguível
Dimensões	mm	Frontal: 33 x 75; profundidade 64
Peso	gramas	115 aproximadamente
Instalação	mm	encaixe em painel com abertura de 29 x 71
Conexões	mm <sup>2</sup>	parafusos 2,5
Grau de proteção frontal		IP 65 com guarnição
Temperatura de funcionamento	°C	0 a 50
Temperatura de transporte e armazenamento	°C	-10 a +60
Umidade no ambiente de funcionamento	%	30 a 95 sem condensação
Controle de temperatura		ON/OFF
Controle de degelo		em intervalos ou horário programado (modelos com relógio de tempo real) com aquecimento elétrico ou a gás
Faixa de medida		PTC: -50 a 150 °C / -58 a 302 °F
		NTC: -50 a 109 °C / -58 a 228 °F
Resolução da leitura	°C, °F	1° ou 0,1°
Precisão da leitura	%	± 0,5 do fundo de escala
Tempo de amostragem	ms	130
Display		4 dígitos vermelho, 12 mm de altura
Reserva de marcha	horas	4

## 11 - SUGESTÃO DE CONFIGURAÇÃO DAS SAÍDAS

<b>Out 1</b>	Utilizar para acionar o compressor ( <b>Out</b> )
<b>Out 2</b>	Utilizar para acionar o degelo ( <b>dEF</b> )


## 12 - DIMENSÕES (mm)



## 13 - ESQUEMA ELÉTRICO

SAÍDA 1: 16 A @ 250 Vca,  $\cos \phi = 1$   
 SAÍDA 2: 8 A @ 250 Vca,  $\cos \phi = 1$

Para as versões **TLY28H**, **TLY28L** ou **TLY28F**



Para a versão **TLY28G**





figura 5

## 14 - INFORMAÇÕES PARA PEDIDO



A COEL reserva-se no direito de alterar quaisquer dados deste impresso sem prévio aviso

**FÁBRICA:** Av. dos Oitis, 505 - Distrito Industrial - Manaus - AM - Brasil - CEP 69075-000  
 CNPJ 05.156.224/0001-00  
**Dúvidas técnicas** (São Paulo): +55 (11) 2066-3211

[www.coel.com.br](http://www.coel.com.br)